

OŚR.271.4.2018.ML



W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zrealizowanie na terenie gminy Piaseczno zadania pod nazwą *System monitorowania powietrza do pomiaru zanieczyszczeń powietrza*, udzielam odpowiedzi na następujące pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

1. *Czy stacje monitoringowe mają podlegać kalibracji co 6 miesięcy w zakresie kalibracji PM_{10} i $PM_{2,5}$ czy również NO_x , SO_x i O_3 ?*

Stacje mają podlegać kalibracji w zakresie pyłów PM_{10} , $PM_{2,5}$, NO_x , SO_x i O_3 .

2. *Czy są już ustalone lokalizacje oraz sugerowane terminy w zakresie badań metali ciężkich w PM_{10} ?*

Nie. Lokalizacje oraz sugerowane terminy w zakresie badań metali ciężkich będą wyznaczone przez Zamawiającego w ramach bieżących potrzeb w zakresie monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Wzmózonego zapotrzebowania na badania metali ciężkich należy się spodziewać w sezonach grzewczych.

3. *Czy stacje monitoringowe mogą być wyposażone w zestaw sensorów NO_2 , SO_2 , O_3 , PM_{10} i $PM_{2,5}$ w rozumieniu kryteriów NO_x , SO_x i O_3 , PM_{10} i $PM_{2,5}$?*

Stacje monitoringowe mogą być wyposażone w zestaw sensorów NO_2 , SO_2 , O_3 , PM_{10} i $PM_{2,5}$.

4. *Czy Zamawiający dopuszcza skorzystanie ze źródła zasilania Zamawiającego czy też wszystkie stacje muszą działać „autonomicznie”?*

Zamawiający nie dopuszcza korzystania ze źródła zasilania Zamawiającego. Wszystkie stacje mają działać autonomicznie.

5. *Do kiedy należy dostarczyć listę propozycji lokalizacji stacji monitoringowych?*

Zamawiający dostarczy kompletną listę propozycji lokalizacji stacji monitoringowych po wyłonieniu Wykonawcy. Lokalizacja 30 stacji dostępna jest na stronach internetowych: czujnikimiejskie.pl/public/piaseczno/ oraz <http://piaseczno.czujnikimiejskie.pl/>.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno
J. Łączyńska
mgr Jolanta Łączyńska
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej